

细胞核蛋白/浆蛋白提取试剂盒 (WB 高效型)

N1491647

产品简介

本产品可以从动物细胞或组织中方便高效地分离细胞核蛋白和细胞浆蛋白,其可逐步裂解细胞,将完整的细胞核从细胞质中分离出来,然后从细胞核中提取出细胞核蛋白。

本产品含有强效去污剂,提取的核蛋白不仅包括核膜蛋白,也包括组蛋白和核内转录因子等可溶性蛋白。传统试剂盒核质分离后,核蛋白提取时间通常在 30~40 min 之间,而本产品将核蛋白提取时间控制在 10 min。此外,本产品提取的核蛋白量显著高于其它试剂盒,且核质分离效果显著,尤其适用于 Western Blot 实验。

N1491647	Component	50T	Storage
N1491647A	WB 核/浆试剂 A	20 mL	2-8°C
N1491647B	WB 核/浆试剂 B	0.5 mL	2-8°C
N1491647C	WB 核/浆试剂 C	5 mL	2-8°C

稳定性和储存

2-8°C 下储存。

产品特点

- 1、速度快——本产品优化了细胞核蛋白提取的操作方法,提取时间比传统试剂盒缩短 10~20 min;
- 2、得率佳——本产品为 Western Blot 高效型试剂盒,优化了细胞核蛋白提取的试剂配方,蛋白提取量高于常规蛋白提取试剂盒,对于 Western Blot 应用效果极佳;
- 3、纯度高——核蛋白/浆蛋白分离效果显著,交叉污染率极低(效果优于传统试剂盒);
- 4、易操作——操作简单,无需梯度超速离心。

使用说明

将试剂盒各组分置于冰上,其中试剂 A 和试剂 C 使用时请添加 1×蛋白酶抑制剂(货号 P665818)或 1×蛋白酶和磷酸酶抑制剂(货号 P752090)。

动物细胞

1、贴壁细胞:弃去培养皿中的培养基,加入适量 PBS 缓冲液,用细胞刮刀将细胞从培养皿表面刮下,将细胞重悬转移至离心管中。300×g 离心 5min,吸弃上清;

悬浮细胞:将细胞转移至离心管中,300×g 离心 5min,吸弃上清;再加入适量 PBS 缓冲液重悬细胞,300×g 离心 5min,吸弃上清。

2、用适量 PBS 重悬细胞，取 2×10^6 个细胞置于 1.5mL 离心管中， $300 \times g$ 离心 5min，吸弃上清；

3、向细胞沉淀中加入 200 μ L 试剂 A，充分混匀后，冰上静置 10min；

4、向上步所得细胞悬液中再加入 10 μ L 试剂 B，最高速涡旋振荡 5 sec，冰上静置 1min；

5、再进行最高速涡旋振荡 5sec，冰上静置 2 min；

注意：对于不同种类的细胞，此步骤的冰浴时间可适当延长（3min）或缩短（1min），避免出现沉淀聚集现象即可。

6、将孵育后的细胞离心 10min（ $1,600 \times g$, 4°C ），小心吸去含有胞浆蛋白的上清液，如有需要可转移至新离心管中，置于冰上或分装后储存于 -80°C 备用；

注意：吸头切勿触及细胞沉淀，为降低胞浆组分对细胞核组分的污染，可以在沉淀上方保留极小体积的上清，换用 10 μ L 吸头尽可能吸尽上清。

7、加入 200 μ L 试剂 A 重悬细胞沉淀，充分混匀后，立即离心 5 min（ $13,000 \times g$, 4°C ），弃尽上清；

注意：沉淀含有细胞核，可以在沉淀上方保留极小体积的上清，换用 10 μ L 吸头吸尽上清。

8、向沉淀中加入 100 μ L 试剂 C，充分混匀后，最高速涡旋振荡 10sec，置于冰上，在 10min 内每隔 2min 重复涡旋一次；

9、将上步孵育后的悬液离心 10min（ $13,000 \times g$, 49°C ），将含有可溶性细胞核蛋白的上清液转移至新离心管中置于冰上或分装后储存于 -80°C 备用。

动物组织

1、把 20~80mg 动物组织尽可能剪成小的碎片置于 2mL 离心管中（可在组织中加入适量 PBS 缓冲液，使用注射器的活塞柄将其研碎），离心 3min（ $1,600 \times g$, 4°C ）收集碎片沉淀；

2、向组织碎片中加入试剂 A，转移至 1~2mL 匀浆器中，在冰上进行充分匀浆。按照表 1 所推荐的试剂体积进行细胞浆和细胞核蛋白提取；

注意：为充分转移组织小块，可用剪刀剪短移液器吸头末端，便于使用移液器吸起组织小块。

表 1. 不同组织量推荐的提取试剂体积

组织重量/mg	WB 核/浆试剂 A/ μ L	WB 核/浆试剂 B/ μ L	WB 核/浆试剂 C/ μ L
20	200	10	100
40	400	20	200
60	800	40	400
80	1000	50	500

3、把匀浆液转移至干净预冷的离心管中，冰上孵育 15min；

4、将试剂 B 加入匀浆液中，最高速涡旋振荡 5sec，冰上静置 1min；

5、再进行最高速涡旋振荡 5sec，冰上静置 2min；

6、将孵育后的匀浆液离心 10min (1,600×g, 4°C) , 小心吸去含有胞浆蛋白的上清液, 如有需要可转移至新离心管中, 置于冰上或分装后储存于-80°C 备用;

注意: 吸头切勿触及细胞沉淀, 为降低胞浆组分对细胞核组分的污染, 可以在沉淀上方保留极小体积的上清, 换用 10 μL 吸头尽可能吸尽上清。

7、加入与步骤 2 等体积的试剂 A 重悬细胞沉淀, 充分混匀后, 立即离心 5min (13,000×g, 4°C) , 弃尽上清;

注意: 沉淀含有细胞核, 可以在沉淀上方保留极小体积的上清, 换用 10μL 吸头吸尽上清。

8、向沉淀中加入试剂 C, 充分混匀后, 最高速涡旋振荡 10sec, 置于冰上, 在 10min 内每隔 2min 重复涡旋一次;

9、将上步孵育后的悬液离心 10min (13,000×g, 4°C) , 将含有可溶性细胞核蛋白的上清液转移至新离心管中置于冰上或分装后储存于-80°C 备用。

注意事项

1、试剂 A 和试剂 C 使用时请加入 1×蛋白酶抑制剂 (货号 P665818) 或 1×蛋白酶和磷酸酶抑制剂 (货号 P752090) ;

2、本产品为 WB 高效型试剂盒, 对于 SDS 不兼容性实验不适用;

3、提取的蛋白样品可使用 BCA 蛋白定量试剂盒 (货号 R1491648/B665595) 进行蛋白定量;

4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;

5、本产品仅限科研使用。